



Mette's Fodpleje
Mette Nis Christensen
Rantzausmindevej 33
5700 Svendborg

CERTIFIKAT

September - 2019

Dyrkningsresultat:

Forsendelse nr: 8955

Vi har gennemført dyrkningen af 1 sæt sporeprøver, indlagt i Deres **Sterilisator** den 23. September 2019

Resultatet blev for de 3 sporeprøver:

	Plads	Ikke godkendt	Godkendt
Placering	1: Top		✓
Placering	2: Bund		✓
Placering	3: Midt		✓

Sporene er dyrket i mindst 2*44 timer i næringssubstrat Tryptic Soy Broth.

Sterilisationen har været effektiv med en inaktiveringsfaktor på:

1: 10^6 eller bedre overfor sporer af *Bacillus atrophaeus*, og

1: 10^5 eller bedre overfor sporer af *Geococcus stearothermophilus*

og kan dermed godkendes. Denne test indgår i en løbende kontrol med ovennævnte autoklave/sterilisator og udføres hver 6. måned.

Ulla Vedstesen
Cand. Brom

Jyllinge, den 30. September 2019